



Instandsetzerschulung

(rechtliche Sachkunde)

Themen:

- § 37 Mess – und Eichgesetz
- § 54 Mess – und Eichverordnung
- § 55 Mess – und Eichverordnung
- Kennzeichnung nach Instandsetzung (Beispiele)
 - nach Eichung
 - nach Entwertung durch Eichbehörde
 - nach Inverkehrbringung





Die neue Mess- und Eichverordnung

Abschnitt 7

Unterabschnitt 4

Instandsetzer





Verwendung eines geeichten Messgerätes nach Instandsetzung

§ 37 Eichung und Eichfrist Abs . 5 MessEG

I: Einhaltung Verkehrsfehlergrenze
(in der Praxis = Eichfehlergrenze, da nach Instandsetzung eine Eichung erfolgen muss)

I: Einhaltung wesentlicher Anforderungen

I: Behörde unverzüglich informiert


I: Durch bestimmtes Zeichen kenntlich gemacht

M: Erneute Eichung unverzüglich beantragt

I: Instandsetzer
M: Messgeräteverwender



Beispiel: nichtselbststätige Waage



§ 54 Befugniserteilung an Instandsetzer

§ 54 MessEV, Befugniserteilung

B darf auf Antrag Befugnis erteilen

B kann Angaben und Unterlagen verlangen

I muss über sachkundiges Personal verfügen

I muss über die erforderlichen Einrichtungen zur Instandsetzung verfügen



- I:** Instandsetzer
M: Messgeräteverwender
B: zuständige Behörde

§ 54 MessEV, Befugniserteilung

Befugnis wird schriftlich oder durch elektronische Übersendung für *bestimmte Messgerätearten* erteilt

Instandsetzerkennzeichen wird zugeteilt

B informiert die anderen metrologischen Überwachungsbehörden

B überprüft spätestens nach 5 Jahren



- I:** Instandsetzer
- M:** Messgeräteverwender
- B:** zuständige Behörde

§ 54 MessEV, Befugniserteilung

Widerruf der Befugnis nach VwVfG

Widerruf der Befugnis aufgrund Missachtung MessEG und VO

Widerruf der Befugnis, wenn Voraussetzungen nicht mehr gegen sind

I: Instandsetzer
M: Messgeräteverwender
B: zuständige Behörde



§ 55 MessEV, Pflichten

Kennzeichnung von Messgeräten , wenn
- von **I** instandgesetzt

alle Voraussetzungen, des § 37 Abs. 5 Nr. 1, 2, 4 MessEG erfüllt sind

Nachweis über Sachkunde der Person

I: Instandsetzer
M: Messgeräteverwender
B: zuständige Behörde





§ 55 MessEV, Pflichten

Im unteren Feld des Kennzeichens das Datum seiner Anbringung...

...und das Namenskürzel der Person einzutragen

I: Instandsetzer
M: Messgeräteverwender
B: zuständige Behörde






Name:	Kürzel	Sachkunde: (Hersteller, Typ)	Schulung am
Müller	MÜR	Schmalztotten, Liter5	06.12.1992
Meier	MER	Hettler, alle Geräte	20.04.2005
Schulze	SCE	Sulorius, XY 5 und ZT 13	14.05.2012

§ 55 MessEV, Pflichten

Zusatzzeichen (falls vorhanden) entwerten



Sicherungszeichen ersetzen



- I:** Instandsetzer
M: Messgeräteverwender
B: zuständige Behörde



§ 55 MessEV, Pflichten

B unverzüglich schriftlich oder elektronisch zu informieren

Messgerät näher zu bezeichnen
Standort angeben

- I:** Instandsetzer
- M:** Messgeräteverwender
- B:** zuständige Behörde

§ 55 MessEV, Pflichten

Information von B bei Verlagerung seines Firmensitzes
Wegfall und Genehmigungsvoraussetzungen

Einstellung Tätigkeit:
B unverzüglich mitzuteilen


Kennzeichen übergeben





- I:** Instandsetzer
- M:** Messgeräteverwender
- B:** zuständige Behörde


Ersetzen Eichamtliches Sicherungszeichen durch Sicherungszeichen des Instandsetzers


Klebe-marke




Plombendraht mit Plombe







Instandsetzung nach einer Eichung





Instandsetzung nach Entwertung des Messgerätes durch die Eichbehörde



Instandsetzung


nach Entwertung des Messgerätes durch die Eichbehörde








Instandsetzung Nach Inverkehrbringung




Instandsetzung Nach Beendigung der Eichfrist




Ausnahme gemäß §38 MessEG beachten

Instandsetzung

Nach Beendigung der Eichfrist






Erteilte Instandsetzerkennzeichen

Verwendung **bis 31.12.2016**

- Fragen?



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit